

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut301a-pirometr-cyfrowy-miernik-temperatury-p-1421.html>

UT301A pirometr cyfrowy miernik temperatury

Cena brutto **241,94 zł**Cena netto **196,70 zł**Numer katalogowy **UT301A**Producent **Uni-t**

Opis produktu

Miernik - pirometr UT-301A firmy Uni-t

Miernik UT-301A to pirometr służący do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Miernik posiada podświetlany wyświetlacz, co umożliwia pracę przy słabym oświetleniu. Zasilany baterią 9V, która jest umieszczona w rękojeści. Zakres temperatury od -18 do 350 ° C. Podczas pomiaru laserowa dioda wskazuje nam dokładny punkt, gdzie mierzona jest temperatura.

Funkcje/cechy:

Specyfikacja	Zakres
Model	UT301A
Pomiar temperatury	-18C~350C 0F~662F
Dokładność	1.8C or 1.8%
Powtarzalność	0.5C or 0.5%
Rozdzielczość	0.1C/0.1F
Stosunek odległości	12:01:00
Czas odpowiedzi	250mS(95% of reading)
Emisyjność	0.10~1.0 regulowana
Typ lasera	Class 2(II)
Moc lasera	
Długość fali lasera	630nm ~670nm
Spectral Response	8m~14m
Funkcje:	
Wybór jednostki -C/F	
Włącznik lasera	
Czas wyświetlania (s)	8 Seconds

Data Hold - zatrzymanie wskazania	
Automatyczne wyłączenie	
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	
Tryb MAX	
Tryb MIN	
Tryb DIFF (różnica)	
Tryb AVG (średnia)	
Podświetlany wyświetlacz LCD	
Electricity Cut-off Memory	
Gwintowanie do podłączenia statywu	

**Przy zakupie pirometru cyfrowego produkcji Uni-T proponujemy wykonanie świadectwa sprawdzenia urządzenia.
Szczegóły na stronie:**

LINK: [świadectwo sprawdzenia](#)



Świadectwo sprawdzenia	
nr X /2024 z dnia XXXX.2024	
Typ i rodzaj przyrządu:	Pirometr
Model:	XXXXXX
Producent:	Uni-t
Numer seryjny:	XXXXX
Użytkownik - odbiorca:	XXXXXXXXXX
Metoda sprawdzenia:	procedura własna porównawcza
Warunki środowiskowe:	Temperatura pokojowa (22°C) Wilgotność (45 % Rh)
Data wykonania sprawdzenia:	XXXXXX
Spójność pomiarowa	Wyniki badanego przyrządu porównane do wzorcowanego kalibratora na podczerwień z odległości 60cm
Przyrządy pomocnicze:	Volcraft IRS-350 SN: 15652137 świadectwo kalibracji: 5506710
Wynik sprawdzenia:	
POZYTYWNY	
W zakresie błędów podstawowych sprawdzenie wykazało zgodność z danym technicznymi producenta.	
Potwierdzamy spójność wyników pomiarowych z wzorcami w punkcie:	
30°C (emisyjność $\epsilon=0,95$) 60°C (emisyjność $\epsilon=0,95$) 100°C (emisyjność $\epsilon=0,95$)	
załącznik (1) – wydruk obrazu z pomiaru	
Protokół z badania:	Wskazania zarejestrowane na wyświetlaczu zgodnie z dopuszczalnym błędem pomiarowym
Termin następnego badania (termin ważności)	Zgodnie z zapisami własnego systemu jakości (zalecenie 12m-cy)
sprzedawca: GOTRONIK PPHU Piotr Godzik ul. Bystrzycka 69C 54-215 Wrocław biuro@gotronic.pl	
..... wykonał: data i podpis	

Ogólna charakterystyka:

- zasilanie: 9V bateria (6F22)
- wymiary wyświetlacza: 32mm × 29mm
- waga: 270g
- wymiary: 169mm × 138mm × 53mm
- wyposażenie standardowe: bateria, blister
- instrukcja obsługi w j. polskim i angielskim

Gwarancja:

Towar jest nowy i objęty **24 miesięczną gwarancją**.
W ofercie posiadany również inne mierniki, oscyloskopy ...

