

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut309e-pirometr-cyfrowy-miernik-temperatury-p-10040.html>



UT309E pirometr cyfrowy miernik temperatury

Cena brutto	350,00 zł
Cena netto	284,55 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT309E
Kod EAN	3583482197132
Producent	Uni-t

Opis produktu

UT309E pirometr cyfrowy miernik temperatury

Profesjonalny bezdotkowy termometr na podczerwień UT305C+ może szybko i dokładnie określić temperaturę powierzchni w zakresie od -35°C do +850°C, mierząc energię podczerwieni emitowaną z powierzchni docelowej. Dla łatwiejszego i intuicyjnego nakierowania urządzenia na powierzchnię docelową wbudowany jest laser, który wskazuje prawidłowe wycelowanie termometru. Stosunek odległości do średnicy mierzonej powierzchni wynosi dla tego urządzenia 20:1. Wskazanie ustawionych funkcji i mierzonych wartości zapewnia jasny i kontrastowy kolorowy wyświetlacz EBTN LCD, a wartości graniczne sygnalizowane są na wyświetlaczu. Możliwe jest wskazanie minimalnej, maksymalnej i średniej temperatury oraz odchyłeń od średniej (MIN, MAX, AVG, DIF). Urządzenie jest odporne na upadek z wysokości 3 metrów, jest wodo i pyłoodporne (IP65).

Przy zakupie pirometru cyfrowego produkcji Uni-T proponujemy wykonanie świadectwa sprawdzenia urządzenia.

Szczegóły na stronie:

LINK: [świadectwo sprawdzenia](#)



Świadectwo sprawdzenia	
nr X / 2024 z dnia XXXX.2024	
Typ i rodzaj przyrządu:	Pirometr
Model:	XXXXXX
Producent:	Uni-t
Numer seryjny:	XXXXX
Użytkownik - odbiorca:	XXXXXXXXXX
Metoda sprawdzenia:	procedura własna porównawcza
Warunki środowiskowe:	Temperatura pokojowa (22°C) Wilgotność (45 % Rh)
Data wykonania sprawdzenia:	XXXXXX
Spójność pomiarowa	Wyniki badanego przyrządu porównane do wzorcowanego kalibratora na podczerwień z odległości 60cm
Przyrządy pomocnicze:	Volcraft IRS-350 SN: 15652137 świadectwo kalibracji: 5506710
Wynik sprawdzenia:	
POZYTYWNY	
W zakresie błędów podstawowych sprawdzenie wykazało zgodność z danymi technicznymi producenta.	
Potwierdzamy spójność wyników pomiarowych z wzorcami w punkcie:	
30°C (emisyjność $\epsilon=0,95$) 60°C (emisyjność $\epsilon=0,95$) 100°C (emisyjność $\epsilon=0,95$)	
załącznik (1) – wydruk obrazu z pomiaru	
Protokół z badania:	Wskazania zarejestrowane na wyświetlaczu zgodnie z dopuszczalnym błędem pomiarowym
Termin następnego badania (termin ważności)	Zgodnie z zapisami własnego systemu jakości (zalecenie 12m-cy)
sprzedawca: GOTRONIK PPHU Piotr Godzik ul. Bystrzycka 69C 54-215 Wrocław biuro@gotronic.pl	
..... wykonał: data i podpis	

dane techniczne:

- termometr na podczerwień do bezkontaktowego pomiaru temperatury powierzchni
- **zakres mierzonej temperatury: -35°C do +850°C**
- **odporny na upadek z 3m, IP65**
- **wodoodporny**
- **pyłoszczelny**
- duży wyświetlacz LED z podświetleniem
- tryb MAX/MIN/AVG/DIF
- alarm wysokiej/niskiej temperatury ze wskaźnikiem LED
- data hold - zatrzymanie wskazania
- zatrzymanie danych/automatyczne wyłączanie zasilania
- podwójny laser w celu zwiększenia dokładności pomiaru

Materiały do pobrania:  [instrukcja obsługi w języku polskim](#)

zdjęcia:

